

Kalisz, dn. 04.07.2022

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 1

W związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę, poniżej zamieszczamy odpowiedź na zadane pytanie:

Czy chodzi o dygestorium 1200 i blat roboczy 1200 ?

Zamawiający informuje, iż dygestorium powinno posiadać blat roboczy o długości min. 1200 mm.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bruske